

令和6年6月12日

## 質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：標準ガス（#1）ほか8点（舞洲工場）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質問事項	回答
1	<ul style="list-style-type: none"><li>・同等品での納品のご確認お願い致します。 弊社 # 8、# 9 につきましてN2(零位調整標準ガス) 3.4L 及び 10L ですが、 純度につきまして 99.99995%以上と記載されておりますが 弊社納入分につきまして 99.9995%以上となります。 零位調整の検定につきましては基準値をクリアしております。 資料の方送らせて頂きますので一度ご確認の程宜しくお願い致します。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・JCSS 登録事業者による零位調整標準ガスの検定合格品であれば 純度 99.9995%以上のものでも問題ありません。</li></ul>